

Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
PARAGUAÇU PAULISTA – SP

REF.: PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 108/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 360/2022
EDITAL Nº 167/2022

A **ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.**, empresa estabelecida em Ribeirão Preto – SP, à rua: Guido Borsaro n.º 828, Parque dos Bandeirantes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.091.417/0001-19, por seu representante legal ao final assinado, vem, tempestivamente e respeitosamente, apresentar **ESCLARECIMENTO** ao referido edital, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

Antes de mais nada, esta autora declara que em nenhum momento está questionando os procedimentos éticos dos membros desta respeitosa Comissão de Licitação, Setor de Compras ou de qualquer outro responsável pelo presente processo.

1 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1.1 - DA DESCRIÇÃO SOLICITADA PARA O ITEM 1 – ELETROCARDÍOGRAFO

Aparelho de eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias; impressão em papel termossensível milimetrado, papel comum A4 ou fax; velocidade de avanço do papel ajustável entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; operação em modo manual e modo automático; aquisição de 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; memória do ultimo exame realizado; teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato dos eletrodos; filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; proteção contra descarga de desfibriladores; resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; porta R232 e LAN RJ-45; atualização de software pela internet gratuitamente, rede elétrica automática 110V e 220V, contendo 01 cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos de membros, 01 tubo de gel condutor, 01 manual de operação em português, 01 alimentador de bateria recarregável e 01 rolo de papel. Registro na Anvisa, garantia mínima 12 (doze) meses.

Texto retirado do edital.

Grifo nosso

QUESTIONAMENTO: Vimos através deste, solicitar esclarecimento se serão aceitos equipamentos que façam a análise e interpretação das 12 derivações simultâneas através de 03 canais ao invés de 12, visto que isso não impacta em nada na qualidade e desempenho do exame.

Além disso, questionamos também, se serão aceitos equipamentos que façam a interpretação do ECG baseado no algoritmo GLASGOW ao invés do MINNESSOTA, por se tratar de uma tecnologia equivalente ou superior ao solicitado?

Vale ressaltar que o algoritmo de Glasgow é considerado um dos principais algoritmos para análise interpretativa do exame de ECG no mundo todo, por ser uma modernização que leva em conta a idade, sexo, medicamentos e classe para efetuar o diagnóstico automatizado.

3 - REQUERIMENTOS:

Em face do exposto, requeremos respeitosamente, que sejam analisados e considerados nosso pedido Esclarecimento em relação às exigências do Termo de Referência para participação na referida licitação.

Pede Deferimento.

Agradeço a atenção.

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.

DIRETOR COMERCIAL

GEAN CARLOS ZAFALON